

■ 社内基準誤差範囲

容量 (mℓ)	50	100	200	500	1000	2000
許容差 (mℓ)	±0.5	±0.5	±1.0	±2.5	±5.0	±10.0